



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

Θεμιστοκλέους 38, 106 78 ΑΘΗΝΑ

τηλ. 210-3813380, 210-3303721, Fax: 210-3834385, e-mail: ooo@otenet.gr

Αρ. Πρωτ. 2087, Φ 45, 61

Αθήνα, 2 Νοεμβρίου 2020

**Προς το
Υπουργείο Υγείας**

- **Δ/νση Δημόσιας Υγείας**
- **Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών**

ΘΕΜΑ: Θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας «διαγνωστικών εργαστηρίων Χ-οδ» - Επιτροπή Ελέγχου

Σχετικά: δικό σας Γ1β/63935, 6-10-2020 (ΕΟΟ 2021, 20-10-20)
ΕΟΟ 1738, 30-9-20

Επανερχόμενοι στα πιο πάνω σχετικά και σε συνέχεια της επικοινωνίας μας με τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, εκθέτουμε τα ακόλουθα:

1. Με την με αριθ. 45872/2019 Υπουργική Απόφαση «Διαδικασίες κανονιστικού ελέγχου πρακτικών ιοντίζουσών ακτινοβολιών» (ΦΕΚ Β'1102/3.4.2019) που δημοσιεύτηκε σε εκτέλεση της Οδηγίας 2013/59/Euratom και του ΠΔ 101/2018 (ΦΕΚ Α'194) εξειδικεύονται οι διαδικασίες για τη γνωστοποίηση και έγκριση πρακτικών που υπόκειται σε κανονιστικό έλεγχο για τους σκοπούς της ακτινοπροστασίας και εξειδικεύονται οι πρακτικές για τις οποίες απαιτείται καταχώριση ή αδειοδότηση.

Με το νέο νομοθετικό πλαίσιο, δεν υφίστανται πλέον «εργαστήρια» και μηχανήματα κατηγορίας Χ-οδ, αλλά **πρακτικές** (εν προκειμένω οδοντιατρικές) για τις οποίες **είτε χορηγείται αποδεικτικό καταχώρησης, είτε χορηγείται άδεια (CBCT).**

2. Σύμφωνα με το άρθρο 85 του Ν. 4472/2017 (ΦΕΚ Α' 74/19.5.2017): «Στην περίπτωση που το διαγνωστικό εργαστήριο διαθέτει *αποκλειστικά και μόνο μηχανήματα ιοντίζουσας ακτινοβολίας κατηγορίας Χ.Οδ.*, αρμόδιος για τη χορήγηση βεβαίωσης λειτουργίας είναι ο κατά τόπον Οδοντιατρικός Σύλλογος». Η τριμελής επιτροπή του Οδοντιατρικού Συλλόγου (2 οδοντίατροι + 1 μηχανικός) για να αδειοδοτήσει οδοντιατρείο ελέγχει τις τεχνικές προδιαγραφές και τον εξοπλισμό του οικείου παραρτήματος (γραφείο οδοντιάτρου, εξεταστήριο, πάγκος εργασίας κλπ) και εφόσον υπάρχει και εξοπλισμός ιοντίζουσας

ακτινοβολίας, ο διατιθέμενος χώρος θα πρέπει να έχει τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές των διαγνωστικών εργαστηρίων απεικονίσεων.

3. Ο Οδοντιατρικός Σύλλογος είναι αρμόδιος για την αδειοδότηση **(α)** οδοντιατρείου, **(β)** πολυοδοντιατρείου και **(γ)** διαγνωστικού εργαστηρίου στο οποίο πραγματοποιούνται πρακτικές ιοντιζουσών ακτινοβολιών (οδοντιατρικές διαγνώσεις) που υπόκεινται σε καταχώριση αλλά και πρακτικές που υπόκεινται σε αδειοδότηση (CBCT μόνο για οδοντιατρικές διαγνώσεις).
4. Τα διαγνωστικά εργαστήρια απαριθμούνται **αποκλειστικά** στο άρθρο 2 παρ. 3 του ΠΔ 84/2001 (βιολογικών υλικών, απεικονίσεων, πυρηνικής ιατρικής, φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης).
5. Διαγνωστικό εργαστήριο απεικονίσεων είναι χώρος όπου γίνονται δεκτοί ασθενείς από **ιατρό με ειδικότητα ακτινοδιαγνωστικής**.

Το ερώτημά μας είναι το εξής:

Στην περίπτωση που ο ως άνω φορέας με επιστημονικά υπεύθυνο **οδοντίατρο** αιτείται να αδειοδοτηθεί **μόνο ως εργαστήριο** (όχι ως οδοντιατρείο), η τριμελής επιτροπή (2 οδοντίατροι + 1 μηχανικός) ελέγχει αν τηρούνται μόνο οι τεχνικές προδιαγραφές και ο εξοπλισμός των εργαστηρίων απεικονίσεων, όπως ορίζονται στην ΓΠ./οικ.72218/2014 ΥΑ (ΦΕΚ Β'2302/2014), ή θα πρέπει να θεσπιστούν ειδικές προϋποθέσεις και προδιαγραφές;

Ο φορέας αυτός συνιστά διαγνωστικό εργαστήριο απεικονίσεων με υπεύθυνο οδοντίατρο και όχι ακτινοδιαγνώστη ή θα πρέπει να νομοθετηθεί χωριστή, 5^η κατηγορία διαγνωστικού εργαστηρίου;

Η απάντησή σας θα είναι ιδιαίτερα κατατοπιστική, δεδομένου πως δεχόμαστε διαρκώς ερωτήματα από τους περιφερειακούς Οδοντιατρικούς Συλλόγους σχετικά με τον τρόπο συνεργασίας-επικοινωνίας τους με την Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας και τον τρόπο ελέγχου των οδοντιατρικών εργαστηρίων, που παρέχουν αποκλειστικά οδοντιατρικές διαγνώσεις και διευθύνονται από οδοντιάτρους.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της
Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας

Ο Πρόεδρος

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Α. ΔΕΒΛΙΩΤΗΣ

Η Γεν.Γραμματέας

ΜΑΡΙΑ ΜΕΝΕΝΑΚΟΥ



Κοινοποίηση:

Δ/νη Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας