

Κατ' οίκον παροχή οδοντιατρικών υπηρεσιών

ΣΧ. 134

ΜΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗ-
ΣΕΙΣ

Η κατ' οίκον παροχή οδοντιατρικών υπηρεσιών αποτελεί αναγκαιότητα για τη θεραπεία των ασθενών που χρήζουν οδοντιατρικής φροντίδας και οι οποίοι για αντικειμενικούς λόγους αδυνατούν να μεταβούν σε οδοντιατρείο ή πολυοδοντιατρείο.

Η κατ' οίκον παροχή οδοντιατρικών υπηρεσιών δεν αντικαθιστά την παροχή των οδοντιατρικών υπηρεσιών στο οδοντιατρείο ή πολυοδοντιατρείο αλλά λειτουργεί κατ' εξαίρεση και αποκλειστικά και μόνο σε περιπτώσεις αδυναμίας μετακίνησης των ασθενών.

Ο παρέχων κατ' οίκον οδοντιατρικές υπηρεσίες πρέπει να πληροί τις κάτωθι προϋποθέσεις:

- Να είναι φορέας παροχής υπηρεσιών ΠΦΥ, που έχει συσταθεί και λειτουργεί νόμιμα.
- Να διαθέτει βεβαίωση/άδεια λειτουργίας οδοντιατρείου ή πολυοδοντιατρείου στην περιφέρεια όπου παρέχεται η κατ' οίκον υπηρεσία.
- Οι οδοντιατρικές πράξεις εκτελούνται από οδοντίατρο, που ασκεί νόμιμα το επάγγελμά του και συνδέεται νόμιμα με τον φορέα παροχής της υπηρεσίας.
- Διαθέτει τροχήλατη ή φορητή οδοντιατρική μονάδα, με τον ελάχιστο εξοπλισμό και τις προδιαγραφές, που αναφέρονται στο συνημμένο παράρτημα.

Προκειμένου να διαπιστωθεί ότι πληρούνται οι άνω προδιαγραφές ο φορέας υποβάλει τα παραστατικά κτήσης ή χρήσης του εξοπλισμού στον οικείο Σύλλογο και εφόσον διαπιστωθεί η πληρότητά του καταχωρείται στο οικείο

βιβλίο-ειδικό μητρώο , οπότε και μπορεί να παρέχει την υπηρεσία.

- Κατά την κατ' οίκον παροχή οδοντιατρικών υπηρεσιών πρέπει να διασφαλίζονται οι συνθήκες ασφαλούς εκτέλεσης των οδοντιατρικών πράξεων και των κανόνων υγιεινής, λαμβάνοντας πάντα υπόψη ότι προέχει η υγεία και η ζωή του ασθενούς.

Της κατ' οίκον παροχής οδοντιατρικών υπηρεσιών εξαιρούνται οι εκτεταμένες χειρουργικές επεμβάσεις των γνάθων .

Δεδομένου ότι η κατ' οίκον παροχή οδοντιατρικών υπηρεσιών, διενεργείται εκτός του περιβάλλοντος οδοντιατρείου ή πολυοδοντιατρείου, με αποτέλεσμα να υπάρχει αυξημένος κίνδυνος σε περίπτωση επιπλοκών, συνιστάται:

- Η χρησιμοποίηση, κατά την παροχή της υπηρεσίας, του αναγκαίου βοηθητικού προσωπικού

- Η λήψη από τους παρέχοντες τις υπηρεσίες οδοντιάτρους, πιστοποιημένης επικαιροποιημένης εκπαίδευσης σε θέματα πρώτων βοηθειών

- Η σύναψη ασφάλειας επαγγελματικής αστικής ευθύνης

Παράρτημα

Η τροχήλατη ή φορητή μονάδα πρέπει να περιέχει, κατ' ελάχιστον:

- Ενσωματωμένο αεροσυμπιεστή παροχής αέρα των 220V, 50Hz, 580VA και ισχύος 600Wattπερίπου.
 - Ένα δοχείο νερού για παροχή νερού στην υδροσύριγγα και των σπρέυ των εργαλείων.
 - Ένα δοχείο συλλογής λυμάτων της αναρρόφησης/σιελαντλίας.
 - Ένα δοχείο αποθήκευσης αέρα υδροσύριγγας.
 - Ισχυρή αναρρόφηση .
 - Μια γραμμή για αεροϋδροσύριγγα μεταλλική, 3 λειτουργιών (αέρα-νερό-σπρέυ) και ακροφύσιο, δυνατότητα περιστροφής 360°, αποστειρούμενο.
 - Μία γραμμή Αερότορ,
 - Μια γραμμή Μικρομοτορ
 - Ρυθμιστές σπρέυ , νερού και αέρα στις γραμμές των εργαλείων.
 - Χειρολαβή αερότορ (υψηλών)
 - Χειρολαβή γωνιακή (χαμηλών)
 - Πιεζοηλεκτρική συσκευή υπερήχων τρυγίας
 - Πρόσθετος φωτισμός
-
- Όλα τα είδη ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού πρέπει να συμμορφώνονται με την Οδηγία 93/42/ΕΟΚ ή με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/745, όπως ισχύουν και να φέρουν σήμανση συμμόρφωσης CE και δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ.
 - Τα είδη ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού θα πρέπει να ελέγχονται και να συντηρούνται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, από κατάλληλα εκπαιδευμένα άτομα με σχετική πιστοποίηση